

## Centro de Análises e Ensaio Tecnológicos Laboratório de Microbiologia e Toxicologia

### RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 13000236

Página 1 de 1

Cliente: SOFTER BRASIL COMPOSTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA

Endereço: Avenida Edgar Hoffmeister, 275, Zona Industrial - Campo Bom - RS

Período do ensaio: 27/02/2013 a 28/02/2013.

Os resultados são restritos ao material ensaiado/recebido no Tecpar.  
A amostragem do material é responsabilidade do cliente. Este documento só poderá ser reproduzido por inteiro.

#### 1. MATERIAL

LAPRENE FAMÍLIA 8EF – 8 MF – 8 MG – 8 M3

#### 2. SERVIÇO REALIZADO

ENSAIO DE CITOTOXICIDADE “in vitro”

#### 3. MÉTODO UTILIZADO

- USP 35 – UNITED STATES PHARMACOPEIA 2012.  
<87> Biological Reactivity Tests “in vitro”. Agar Diffusion Test.
- IE – LAMT 023 – REV. D – Instrução de Ensaio de Citotoxicidade “in vitro”.

Linhagem celular: NCTC Clone L929 – células fibroblásticas de camundongos.

Preparo do Material: granulados plasticos

Fragmentos do material cortados com instrumental esterilizado foram colocados em contato com o meio para ensaio. A leitura das reações foi realizada 24 horas após.

#### 4. RESULTADOS

GRAU DE REATIVIDADE: 0 (ZERO) – Zona de reatividade não detectável ao redor ou sob o material.

#### 5. CONCLUSÃO

Reatividade citotóxica **não observada** frente a linhagem celular utilizada.

  
Eliane Joakimson da Silva  
Bióloga CRBio/07 08137 D  
Responsável Técnico

  
Izabel Cristina Figel  
Bióloga CRBio/07 – 09509-07D  
Gerente Substituta do Laboratório

Curitiba, 01 de março de 2013.

\*\*\*\*\*FIM\*\*\*\*\*